

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

### Výrobce:

Worldwide Innovations & Technologies, Inc.  
14740 W. 101. Terr.  
Lenexa, KS 66215 USA

### prohlašuje, že nový OOP popsaný dále... ..

RADPAD 9200 štít štítné žlázy, rentgenové ochranné stínění pro ochranu před sekundárním zářením krku / štítné žlázy s útlumem při 90 kVp 75%, 90% a 95% a jmenovité minimální ekvivalenty olova 0,125 mm, 0,250 mm a 0,375 mm a 0,5 mm podle požadavků normy EN 61331-1: 2002 a ASTM F2547-06, jak je popsáno v technickém souboru výrobce s názvem „Technická dokumentace řady 9000 PPE“

**je v souladu s ustanoveními směrnice 89/686 / EEC: 1989-12-21 a nařízení (EU) 2016/42.**

**podléhá postupu stanovenému v článku 11B směrnice o OOP EHS 89/686 a příloze VIII (modul D) nařízení (EU) 2016/425 pod dohledem schváleného subjektu:**  
t

SGS FIMKO OY  
P. O. Box 30 (Särkiniementie 3)  
00211 Helsinki, Finland

July 18, 2019  
(Date)

Catherine W. Cadwalader  
(Signature of manufacturer)

Catherine W. Cadwalader, President