

CONFORMITEITSVERKLARING

De fabrikant:

Worldwide Innovations & Technologies, Inc.
14740 W. 101st Terr.
Lenexa, KS 66215 USA

verklaart dat de nieuwe PPE hierna wordt beschreven ...

RADPAD 9200 schildklier schild, x-ray beschermende afscherming voor bescherming tegen secundaire straling voor de keel / schildklier met verzwakking bij 90 kVp 75%, 90% en 95% en nominale minimumloodequivalenties van 0,125 mm, 0.250 mm en 0.375 mm en 0.5 mm op basis van EN 61331-1: 2002 en ASTM F2547-06 testvereisten zoals beschreven in het technische bestand van de fabrikant getiteld "9000 Series PPE Technical File"

is in overeenstemming met de bepalingen van PBM Richtlijn 89/686 / EEG: 1989-12-21 en Verordening (EU) 2016/42.

is onderworpen aan de procedure uiteengezet in artikel 11 B van de PBM-richtlijn EEC 89/686 en bijlage VIII (Module D) van Verordening (EU) 2016/425 onder toezicht van de erkende instantie:

SGS FIMKO OY
P. O. Box 30 (Särkiniementie 3)
00211 Helsinki, Finland

July 18, 2019
(Date)

Catherine W. Cadwalader
(Signature of manufacturer)
Catherine W. Cadwalader, President