

VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS

Valmistaja:

Worldwide Innovations & Technologies, Inc.
14740 W. 101. Terr.
Lenexa, KS 66215 USA

vakuuttaa, että jäljempänä kuvatut uudet PPE: t... ..

RADPAD 9200 Kilpirauhasen suoja, röntgensäteily suojaamaan kurkun / kilpirauhasen toissijaista säteilyä vaimennuksella 90 kVp 75%, 90% ja 95% sekä nimelliskäyrän vähimmäismäärät ovat 0,125 mm, 0,250 mm ja 0,375 mm ja 0,5 mm standardin EN 61331-1: 2002 ja ASTM F2547-06 mukaisten testivaatimusten mukaisesti, jotka on kuvattu valmistajan teknisessä tiedostossa "9000-sarjan PPE-tekninen tiedosto".

on PPE-direktiivin 89/686 / ETY säännösten mukainen: 1989-12-21 ja asetus (EU) 2016/42.

koskee PPE-direktiivin ETY 89/686 ja asetuksen (EU) 2016/425 liitteen VIII (moduuli D) 11B artiklassa säädettyä menettelyä hyväksytyn elimen valvonnassa:
t

SGS FIMKO OY
P. O. Box 30 (Särkiniementie 3)
00211 Helsinki, Finland

July 18, 2019
(Date)

Catherine W. Cadwalader
(Signature of manufacturer)

Catherine W. Cadwalader, President