

DECLARATIE DE CONFORMITATE

Producatorul:

Worldwide Innovations & Technologies, Inc.
14740 W. 101st Terr.
Lenexa, KS 66215 USA

declară că noul EIP descris în continuare

Sistemul de protecție a radioului RADPAD 9200 pentru protecția împotriva radiațiilor secundare pentru gât / tiroidă cu atenuare la 90 kVp 75%, 90% și 95% și echivalențe nominale minime de plumb de 0,125 mm, 0,250 mm și 0,375 mm și 0,5 mm pe baza cerințelor de încercare EN 61331-1: 2002 și ASTM F2547-06 descrise în fișa tehnică a producătorului intitulată "Fișă tehnică PPE pentru seria 9000"

este în conformitate cu prevederile Directivei PPE 89/686 / CEE: 1989-12-21 și Regulamentul (UE) 2016/42.

este supusă procedurii prevăzute la articolul 11B din Directiva 89/686 privind protecția mediului și anexa VIII (modul D) din Regulamentul (UE) 2016/425, sub supravegherea organismului autorizat:

SGS FIMKO OY
P. O. Box 30 (Särkiniementie 3)
00211 Helsinki, Finland

July 18, 2019
(Date)

Catherine W. Cadwalader
(Signature of manufacturer)

Catherine W. Cadwalader, President