

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

El fabricante:

Innovaciones y tecnologías en todo el mundo, Inc.
14740 W. 101o Terr.
Lenexa, KS 66215 USA

declara que el nuevo PPE descrito más adelante ...

Escudo para tiroides RADPAD 9200, blindaje protector de rayos X para brindar protección contra la radiación secundaria para la garganta / tiroides con una atenuación de 90 kVp de 75%, 90% y 95% y equivalencias mínimas nominales de plomo de 0.125 mm, 0,250 mm y 0,375 mm y 0,5 mm según los requisitos de prueba EN 61331-1: 2002 y ASTM F2547-06 descritos en el archivo técnico del fabricante titulado "Ficha técnica del PPE de la serie 9000"

cumple con las disposiciones de la Directiva 89/686 / CEE de PPE: 1989-12-21 y Reglamento (UE) 2016/42.

está sujeto al procedimiento establecido en el Artículo 11B de la Directiva PPE CEE 89/686 y el Anexo VIII (Módulo D) del Reglamento (UE) 2016/425 bajo la supervisión del organismo autorizado:

SGS FIMKO OY
P. O. Box 30 (Särkiniementie 3)
00211 Helsinki, Finland

July 18, 2019
(Date)

Catherine W. Cadwalader
(Signature of manufacturer)

Catherine W. Cadwalader, President