

## UYGUNLUK BEYANI

### Üretici:

Dünya Çapında Yenilikler ve Teknolojiler A.Ş.  
14740 W. 101. Terr.  
Lenexa, KS 66215 ABD

### Yeni KKD'nin bundan sonra anlatılacağını açıkladı... ..

RADPAD 9200 Tiroid Kalkanı, boğaz / tiroid için sekonder radyasyona karşı koruma sağlamak için röntgen koruyucu kılıf, 90 kVp'de % 75, % 90 ve % 95 ve nominal minimum 0.125 mm kurşun eşdeğeri, Üreticinin "9000 Serisi KKD Teknik Dosyası" başlıklı Teknik Dosyasında açıklanan EN 61331-1: 2002 ve ASTM F2547-06 test şartlarına göre 0,250 mm ve 0,375 mm ve 0,5 mm

**89/686 / EEC sayılı KKE Direktifinin hükümlerine uygundur: 1989-12-21 ve Düzenleme (AB) 2016/42.**

**onaylanmış kuruluşun gözetimi altında EEC 89/686 sayılı PPE Direktifinin 11B Maddesinde ve (AB) 2016/425 Yönetmeliğinin Ek VIII (Modül D) maddesinde belirtilen prosedüre tabi olan**

SGS FIMKO OY  
P. O. Box 30 (Särkiniementie 3)  
00211 Helsinki, Finland

July 18, 2019  
(Date)

Catherine W. Cadwalader  
(Signature of manufacturer)

Catherine W. Cadwalader, President