

## KHAI THÁC THỰC HIỆN

### Nhà sản xuất:

Toàn cầu Đổi mới & Công nghệ, Inc.  
14740 W. 101st Terr.  
Lenexa, KS 66215 Hoa Kỳ

### tuyên bố rằng PPE mới được mô tả sau đây là ..

RADPAD 9200 thyroid Shield, che chắn bảo vệ bằng tia X để bảo vệ chống lại bức xạ thứ cấp cho cổ họng / tuyến giáp với sự suy giảm ở 90 kVp 75%, 90% và 95% và tương đương chì tối thiểu danh nghĩa là 0,125 mm, 0.250 mm và 0.375 mm và 0.5mm dựa trên các yêu cầu thử nghiệm EN 61331-1: 2002 và ASTM F2547-06 như được mô tả trong Tập tin kỹ thuật của nhà sản xuất có tên Tập tin kỹ thuật PPE Series 9000

phù hợp với các quy định của Chỉ thị PPE 89/686 / EEC: 1989-12-21  
và Quy định (EU) 2016/42.

phải tuân theo quy trình quy định tại Điều 11B của Chỉ thị PPE EEC 89/686 và Phụ lục VIII (Mô-đun D) của Quy định (EU) 2016/425 dưới sự giám sát của cơ quan được phê duyệt:

SGS FIMKO OY  
P. O. Box 30 (Särkiniementie 3)  
00211 Helsinki, Finland

July 18, 2019  
(Date)

Catherine W. Cadwalader  
(Signature of manufacturer)

Catherine W. Cadwalader, President